



NO SIJIL: JANS.23.45

## SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat : **AQUA-FLO SDN BHD**  
827, 8<sup>th</sup> Floor, Block A, Damansara Intan, Jalan SS 20/27,  
47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Nama Pengilang : **ELECTRO-CHEMICAL DEVICES**  
1500 North Kellong Drive,  
Anaheim, California, 92807

Nama Prinsipal : **AQUA-FLO SDN BHD**  
827, 8<sup>th</sup> Floor, Block A, Damansara Intan, Jalan SS 20/27,  
47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Nama Produk : Water Quality Monitoring Equipment

Class/Size/Model : (Sila Lihat Jadual Belakang)


Jenama : **ECD**

Piawaian : Manufacturer Specification

Tarikh Dikeluarkan : 14 Julai 2023

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **14 Julai 2025**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatal secara tersendiri sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.

  
**(Hj. Suhaimi Bin Hj. Asbullah)**  
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

## JADUAL

### AQUA-FLO SDN BHD

<b>NAMA PRODUK</b>	<b>MODEL</b>	<b>SIRI</b>	<b>PERIHAL/CLASS/SAIZ</b>
Water Quality Monitoring Equipment	T-80 Conductivity	T80 Series	Size: 5.7"(L) x 5.7"(H) x 3.5"(D) Power Supply: 230 Vac 50/60Hz, 24VDC Output: Relays, Analogue, Conductivity Range : 0.055 $\mu$ S - 2.00S Auto Ranging: $\mu$ S, mS, S
	T80-Fluoride	T80 Series	Size:5.7"(L) x 5.7"(H) x 3.5"(D) ECD's T80 Fluoride is work on specific ion. Electrode cartridge measures the activity of fluoride ions in solution in concentrations from 0.00 to 2,000 ppm (Auto adjust) over a pH range from 5 - 8 pH. They operate over a wide temperature range of 0 to 80° C
	T80-pH	T80 Series	Size: 5.7"(L) x 5.7"(H) x 3.5"(D) Power Supply: 230 Vac 50/60Hz, 24VDC Output: Relays, Analogue, MODBUS, HART Spec.: 0-14 pH, Auto Cal

## NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6) bulan** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.